

令和8年9月3日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：圧力計#1ほか23点（東淀工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	・ 5. R1/88→R1/4 6. JM11-131-3E07000→JM11-231-3E07000 7. 0.25MPa→0.3MPa 12. 1.6MPa→1.5MPa 以上となりますがよろしいでしょうか？	5. 仕様書の通りとします。 6. JM11-131-3E07000 → JM11-131-3B07000 と読み替えるものとします。 7. 0.3MPa と認めます。 12. 1.5MPa と認めます。
2	6 圧力計#6ですが 仕様書は形番構成の頭がJM11-131となっておりますが JM11-231となります。問題ないでしょうか。 7 圧力計#7ですが 仕様書は圧力:0～0.25MPaとなっておりますが 0～0.2MPaもしくは0～0.3MPaのいずれかになりますので どちらか指示をお願い致します。 12 圧力計#12ですが 仕様書は圧力:0～1.6MPaとなっておりますが 0～1.5MPaもしくは0～2.0MPaのいずれかになりますので どちらか指示をお願い致します。 15 圧力計#15ですが 仕様書は圧力:0～15MPaとなっておりますが 0～16MPaとなりますが問題ないでしょうか。	6. JM11-131-3E07000 → JM11-131-3B07000 と読み替えるものとします。 7. 0.3MPa と認めます。 12. 0～1.5MPa と認めます。 15. 0～16MPa と認めます。