

令和7年6月4日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：標準ガス#1ほか5点（東淀工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	・同等品申請 品名 標準ガス #1 高純度 AIR JCSS ゼロ検定付き 3.4L ボンベ 充填圧力：11.8MPa 以上 同等品の詳細 品名 高純度 AIR G2 大気組成 JCSS2 級 3.4L ボンベ CO 含有率：0.5ppm 以下、CO2 含有率：0.5ppm 以下、 THC 含有率：0.5ppm 以下、Nox 含有率：0.5ppm 以下 SO2 含有率：0.5ppm 以下、H2O：-80℃以下 充填圧力：11.8MPa バルブ仕様：W22 14/山 右ネジ メーカー名：太陽日酸株式会社	・仕様書の内容を満たしていれば、問題ございません。